



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Свердловской области

Сысертская
межрайонная прокуратура

ул. Коммуны, 22,
г. Сысерть, Россия, 624021

13.01.2025 № 2071ж-2024

На № _____



446884 278309

Руководителю ГАСУСО СО
«Щелкунский ПНИ»

Некрасовой Е.В.

Soc023@egov66.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства об образовании,
в сфере защиты прав несовершеннолетних

Сысертской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению Бушуевой Р.А. о нарушении требований федерального законодательства ГАСУСО СО «Щелкунский ПНИ».

В связи с чем, Сысертским межрайонным прокурором Абрамовым И.П. вынесено решение о проведении проверки указанного государственного учреждения.

17.12.2024 межрайонной прокуратурой с привлечением специалист-эксперта Территориального управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и в Сысертском районе, начальника ОНД и ПР Сысертского городского округа, Арамильского городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области проведено обследование безопасности нахождения клиентов в государственном учреждении – ГАСУСО СО «Щелкунский ПНИ».

Установлено, что в нарушение п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон), п. 2.7 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее – Правила), не обеспечено соблюдение требований в автоклавной имеются дефекты отделки стены, отсутствует кафельная плитка в месте прохождения труб, не убрана монтажная пена.

В нарушении п.2.11 СП.2.1.3678-20 в санитарной комнате обнаружена лентяйка без маркировки.

Выявлены нарушения требований к сбору медицинских отходов, а именно: канистры из-под антисептика (отходы класса А) собираются как отходы класса Б в желтые баки и хранятся в комнате хранения отходов в нарушении п. 169 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к

Сысертская межрайонная прокуратура
Свердловской области

№ Прдр-20650060-2-25/1114-20650060

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий» (далее – Правила).

В нарушении п. 175 Правил в процедурном кабинете острые медицинские отходы класса Б собираются в банку из-под дезинфицирующего средства «Ника хлор» белого цвета с плотно закрывающееся крышкой без иглосъемника.

В нарушении п.п. 3579, 3617, 3618 простерилизованные медицинские изделия многократного применения (шпатели, пинцет, лоток) хранятся в условиях, не исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами – остаются в сухожаровом шкафу до момента использования.

Не проводится оценка качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения многократного применения – не проводится проба на наличие остаточных количеств крови и фенолфталеиновая проба на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющих средств в нарушении п. 3597 Правил.

В нарушении п. 3628 Правил не проводится контроль работы автоклава и сухожарового шкафа – термоиндикаторы не закладываются, в наличии отсутствуют, в журнале отсутствуют отметки.

Кроме того, выявлены нарушения пожарной безопасности.

Так, в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, на объекте защиты «Корпус 1», расположенного по адресу: Свердловская область, п. Щелкун, ул. Советская, д. 314 при смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления систем противопожарной защиты здания, не обеспечено расстояние между ними не менее 50 мм.

В нарушение п. 4 ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» объект защиты не обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности учреждения.

В нарушении ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – Закон № 184-ФЗ) отсутствует аварийное освещение.

В «Корпусе 2» в полу на путях эвакуации через запасной выход из здания, выполнен перепад высоты менее 45 см, в месте перепада высоты не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6 в нарушении п.23 Правил.

В нарушении п. 23 Правил на пути эвакуации через эвакуационный выход установлено оборудование, выступающая из плоскости стены на высоте до 2,2 м.

В нарушении п. 4 ст. 68 Закона № 123-ФЗ объект защиты не обеспечен источником наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации.

В «Корпус 3», «Корпус 4», «Корпус 5» объект защиты не обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации в нарушении п. 4 ст. 68 Закона № 123-ФЗ.

В нарушении ч. 1 ст. 46 Закона № 184-ФЗ на объекте защиты отсутствует аварийное освещение.

Таким образом, в ГАСУСО СО «Щелкунский ПНИ» не обеспечено безопасное пребывание клиентов в государственном учреждении, что является недопустимым.

Неисполнение требований санитарного, противопожарного законодательства, в сфере противодействия терроризму, создает угрозу жизни и здоровью клиентов, противоречит требованиям, изложенным в ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и является недопустимым.

С учетом изложенного, надлежит обеспечить выполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, о пожарной безопасности, об антитеррористической защищенности учреждений образования, а также создать условия, отвечающие безопасности пребывания клиентов в государственном учреждении – ГАСУСО СО «Щелкунский ПНИ», возможность в полном объеме реализовывать право на безопасное пребывание.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Сысертской межрайонной прокуратуры.
2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших вышеуказанные нарушения закона.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в межрайонную прокуратуру в письменной форме в установленный законом срок.

Сысертский межрайонный прокурор

старший советник юстиции

И.П. Абрамов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1B4354F4D788AC57FD9081FF395E5C10
Владелец **Абрамов Игорь Павлович**
Действителен с 22.01.2024 по 16.04.2025