

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(РОССТАНДАРТ)

Уральское межрегиональное территориальное управление Росстандарта
(наименование МТУ Росстандарта)

Отдел государственного надзора по Свердловской области УМТУ Росстандарта
(наименование отдела государственного надзора (инспекции) МТУ Росстандарта)

620990, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 2А, тел/факс 350-26-54.
(фактический адрес УМТУ Росстандарта, телефон, факс)

620990, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 2А, тел/факс 350-20-59, 355-27-48.
(фактический адрес отдела государственного надзора (инспекции) МТУ Росстандарта, телефон, факс)

Наименование проверяемого лица: государственное автономное стационарное учреждение
социального обслуживания Свердловской области «Билимбаевский

психоневрологический интернат»

(ГАУ «Билимбаевский ПНИ»)

(организационно-правовая форма, наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

623150, Свердловская область, г. Первоуральск, пос. Билимбай, ул. Карла Маркса, 68
(местонахождение юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Директору ГАУ «Билимбаевский ПНИ» Борисовой Л.Б.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя или индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 199/11
от 19 марта 2019 г.

Выдано на основании акта проверки
от 19 марта 2019 г. № 199

При осуществлении федерального государственного метрологического надзора за соблюдением обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области здравоохранения установлено применение ГАУ «Билимбаевский ПНИ» средства измерений неутвержденного типа:

-Персональный алкотестер DRIVESAFE с заводским № D 51988 применяется при проведении предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей, что является нарушением ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

Место применения медсанчасть по адресу: 623150, Свердловская область, город Первоуральск, поселок Билимбай, ул. Карла Маркса, дом, 68,

Также, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «СКОЛКОВО») в соответствии с п. 4 гл. 22 «Организация проведения предрейсовых медицинских осмотров» для проведения предрейсовых медицинских осмотров и медицинских освидетельствований должно быть оснащение в том числе алкометрами в количестве 2 штук.

При проверке соблюдения метрологических требований к измерениям, в том числе показателей точности измерений, было установлено:

при измерениях веса (массы) человека применяется средство измерений – весы электронные медицинские в количестве 1 единицы, поверенные в установленном порядке, утвержденного типа, но не соответствующие требованиям к измерениям по предельно допустимой погрешности в соответствии с п.2 Приказа Минздрава России от 21.02.2014 г. № 81н с погрешностью превышающей предельно допустимую $\pm 100\text{г}$;

-Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-Д с заводским номером 188, поверены март 12.03. 2018 г. МПИ 1 год (в диапазоне от 100 до 200 кг ± 200), что является нарушением требований п. 2 приказа Минздрава России от 21.02.2014 г. «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при осуществлении в области здравоохранения, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений» № 81н

место применения медсанчасть по адресу: по адресу: 623150, Свердловская область, город Первоуральск, поселок Билимбай, ул. Карла Маркса, дом, 68,

указать факты нарушений и наименование законодательного акта, нормативного правового документа, требования которых нарушены

На основании части 4 статьи 17 Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» указанные нарушения в срок до 19 апреля 2019 г.

ПРЕДПИСЫВАЮ УСТРАНИТЬ:

Нарушения требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в сфере государственного регулирования обеспечения единства при осуществлении деятельности в области здравоохранения

Нарушения требований п. 2 приказа Минздрава России от 21.02.2014 г. № 81н «Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при осуществлении деятельности в области здравоохранения и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений» (зарегистрировано в Минюсте России 31 марта 2014 г. № 31775) в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области здравоохранения

привести средства измерений в соответствие с действующим законодательством


перечень устраняемых нарушений

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет наложение административного штрафа.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до 19 апреля 2019 г.

Старший государственный инспектор
ОГН по Свердловской области
УМТУ Росстандарта

должность лица, осуществляющего мероприятие по контролю



подпись

Г.Н. Черных

инициалы, фамилия

С предписанием ознакомлена и один экземпляр получила: «19» 03 2019 г.

должность

[Handwritten signature]

подпись

[Handwritten signature]

инициалы, фамилия

Борисова И.Б.