

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел

в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

тел.(34385) 6-42-86

E-mail: mail\_13@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Главного государственного санитарного врача

по городу Серов, Серовскому, Гаринскому, Новолялинскому и Верхотурскому районам

М.С.Баев



ФИО

21.09.2020 г.

место составления акта

Территориальный отдел в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах:  
624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

АКТ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи  
21.09.2020 г.

На основании

приказа начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах Е.В.Серегина о проведении эпидемиологического расследования № 01-13-04/1252 от 08.09.2020г.

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего приказ о проведении эпидемиологического расследования

было проведено эпидемиологическое расследование в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ", 624992, Свердловская обл., г. Серов, ВОСТОЧНАЯ УЛ., 10А

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения расследования):

дом-интернат 624992, г. Серов, Восточная ул., 10А, строение 1, Литер А

Продолжительность эпидемиологического расследования: с 09.09.2020 по 21.09.2020

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией приказа о проведении эпидемиологического расследования ознакомлен:

СУСЛОВ АНАТОЛИЙ СЕМЁНОВИЧ

фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время

Лицо(а), проводившие эпидемиологическое расследование

Вавилина Елена Юрьевна

главный специалист-эксперт Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в  
городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и  
Верхотурском районах

Шишкова Мария Сергеевна

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в  
городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и  
Верхотурском районах

При проведении эпидемиологического расследования присутствовали:

Директор Суслов Анатолий Семенович

Старшая медицинская сестра Удонова Н.А.

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении эпидемиологического расследования

В ходе эпидемиологического расследования установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕРОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
2.	адрес	624992, Свердловская обл., г. Серов, ВОСТОЧНАЯ УЛ., 10А
3.	дата регистрации	31.12.2002
4.	ИНН	6632003920
5.	ОКПО	35150753
6.	ОГРН	1026601817813
7.	организационно-правовая форма	Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	87.90
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	СУСЛОВ АНАТОЛИЙ СЕМЁНОВИЧ ,ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	т. 6-14-62

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.	ст. 11 п. 7,
2.	ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.	ст. 4 ч.4.1.
3.	ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.	п. 60.
4.	СП 2.1.2.3358-16 Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания	3.4., 3.5., 4.4., 6.2., 8.1..
5.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность	р.1,4.1., р.1,4.2., р.1,4.3., р.1,5.1., р.1,5.5., р.1,8.8., р.1,11.1., р.1,11.2., р.1,11.3., р.1,11.5., р.1,11.7., р.1,11.11., р.1,11.14., р.1,12.3., р.2,1.3., р.2,1.4.1.
6.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	4.1., 4.2.,
7.	СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.	1.6., 1.8..
8.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.	14.1., 14.3.,
9.	СП 3.1.2.3116-13 Профилактика внебольничных пневмоний.	7.2.
10.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.	7.8.
11.	СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19)	4.1, 4.2., 4.4.
12.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	17.1, 17.6

13.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.	4.1.5.
14.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.	2.3., 3.8..
15.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	1.5, 2.6..

## 2. Данные учета объектов и предмет эпидемиологического расследования

Данные по объекту							
1.	наименование	дом-интернат					
2.	адрес	624992, г. Серов, Восточная ул., 10А, строение 1, Литер А					
3.	ОКВЭД	87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая					
4.	ведомственная классификация	дома престарелых (87.10)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Суслов Анатолий Семенович, директор					
9.	телефон, факс, e-mail	т.6-14-62					
10.	контактная информация	главный бухгалтер - Смирнова Ирина Валерьевна т. 6-08-70					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	52	0	78	0	0	0
	женщины	43					
	подростки 15-17 лет						
Описательная часть							

1. Наименование населенного пункта, объекта, учреждения, принадлежность (для оздоровительных учреждений и др.):

- муниципальное образование Серовский городской округ
- название субъекта права ГАСУСОН СО "СЕРОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
- название объекта права дом-интернат
- ведомственная принадлежность дома престарелых

2. Период времени, в течение которого наблюдалась ситуация:

дата начала обследования: 08.09.2020 г. дата окончания обследования: 16.09.2020 г.

Заболевшие НКВИ в Серовском ДИ на 16.09.2020 г. не зарегистрированы.

3. Количество пострадавших:

Всего 0 (Заболеваемость НКВИ в ГАСУСОН СО «СЕРОВСКОМ ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» на 16.09.20 – не зарегистрирована).

в том числе: взрослых 0

детей до 17 лет 0

4. Диагноз заболевания: Заболеваемость НКВИ в ГАСУСОН СО «СЕРОВСКОМ ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» на 16.09.20 – не зарегистрирована.

5. Краткая характеристика объекта (численность учреждения, размещение, водоснабжение, канализация, организация питания).

Проведено обследование объекта с лабораторными испытаниями ГАСУСОН СО «СЕРОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ», дом-интернат, расположенного по адресу: г. Серов, Восточная ул., 10А, строение 1, Литер А, на основании предписания о проведении экспертизы № 66-13-04/1252 от 08.09.2020 г. Дата и время проведения обследования 14.09.2020 г. с 10:30-12:30. Время нахождения на объекте 2 часа 00 минут.

Территория дома - интерната содержится в чистоте. Уборка территории проводится ежедневно. В ходе обследования установлено: дом - интернат размещен в двух этажном здании и отдельном строении №4. На момент проверки 14.09.2020 в «отделении общего типа» находятся 37 пенсионеров и инвалидов в «отделении Милосердия» - 27 человек. Общее число пациентов – 64 человека. Все сотрудники дома – интерната, на момент проверки 14.09.20 использовали СИЗы (маски и перчатки).

Жилые помещения для пациентов дома - интерната предусмотрены на 2 - 3 человека. Планировка и оборудование всех помещений, предусматривает возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, в том числе использующими специальные средства для передвижения. В отделении «Милосердия» предусмотрено 9 комнат для пациентов, в «отделении общего типа» 21 комната.

В соответствии с приказом Правительства Свердловской области, Министерства социальной политики Свердловской области № 238 от 21.04.2020 «О принятии мер по недопущению распространения НКВИ Covid – 2019 в учреждениях соц. обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области» - Дом - интернат работает в закрытом режиме – 2 раз в месяц происходит смена сотрудников (в смену работают 15 сотрудников, на момент проверки идёт 12-я смена сотрудников). На каждую смену имеется «График учёта рабочего времени». Перед началом смены все сотрудники обследованы НКВИ экспресс – тестом. 12.09.2020 г - 12 человек были обследованы на НКВИ – экспресс – тестом, 3 сотрудника остались с предыдущей смены, пределы дома интерната – не покидали. После проведения экспресс теста и получения результата – сотрудники приступили к работе. При входе в учреждение (в отделение общего типа и отделение милосердия), при входе в столовую, на пищеблоке, медицинских постах обеспечена возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей - установлен дозатор с дезинфицирующим средством «Эдель».

Руководством дома - интерната разработан приказ «О принятии дополнительных мер № 60 от 24. 04.2020, согласно которому с 24.04.2020 на объекте введён усиленный противоэпидемический режим (организовано выявление лиц с признаками ОРВИ, усилены дез.мероприятия. Поясняется, что при выявлении заболевшего с признаками ОРЗ сотрудники действуют согласно алгоритма ГАУ Серовский ДИ и другие действия направленные на контактных, организовано дополнительное обучение сотрудников по профилактике НКВИ, запрещён доступ посетителей в дом - интернат). Организовано обучение сотрудников дома - интерната:

-20.02.2020 была проведена тех. учеба по теме «Рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения НКВИ, предоставлен лист ознакомления, ознакомлены все сотрудники под роспись.

В доме – интернате соблюдаются принципы социального дистанцирования, а именно: в местах возможного скопления людей (столовая, при входе в столовую, коридор, приёмная, бухгалтерия, кабинет директора и др.), на полу - определены граница десантирования и обозначены красными линиями. Термометрия сотрудников проводится ежедневно, двукратно всем 15 сотрудникам, находящимся на вахте, измерение температуры проводят ртутным термометром, для обработки используют спиртовые салфетки, результаты термометрии зафиксированы в журнале термометрии сотрудников. Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания, лица, контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями, лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, не допускаются к работам, в том числе связанным с производством (изготовлением) пищевой продукции.

64 пенсионерам и инвалидам, находящимся в учреждении, термометрия проводится 2 раза в день – утром и вечером, результаты термометрии пациентов фиксируются в журнале термометрии пациентов. Следовательно, мероприятиями, направленными на "разрыв" механизма передачи инфекции, в доме - интернате проводятся в полном объёме.

Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Запас при необходимости пополняется по мере необходимости. На момент обследования 14.09.2020 г. имеются: маски медицинские одноразовые - 290 шт, маски 3 слойные – 210 шт., перчатки медицинские одноразовые - 6 уп. по 50 шт. (300 шт.); полиэтиленовые перчатки – 1000 шт; бахилы – 70 пар; шапочки медицинские – 200шт., одноразовые халаты – 9 шт. Все сотрудники обеспечены многоцветными халатами по количеству 3 шт. на 1 человека. На каждого сотрудника имеется личная карточка учёта выдачи СИЗ, согласно штатному расписанию предоставлены карты выдачи СИЗ на всех сотрудников дома – интерната – а именно: 47 карт.

Поверхность стен, полов и потолков помещений не гладкая, с дефектами, не допускает влажную уборку и не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, а именно на момент проверки 14.09.2020 г., в «отделении общего типа» на посту № 1 краска на потолке – имеет дефекты в виде трещин, краска на одной из стен краска местами шелушится и отслоилась. В Коридоре у поста и медицинского кабинета на стенах и потолке местами краска потрескалась и отслоилась. В палатах № 5 и 15 в местах стыков стен и потолков краска имеет дефекты в виде трещин. В «отделении Милосердия»: в палате № 6 на стенах и в местах стыков стен и потолков краска имеет дефекты в виде трещин, в палате № 7 на потолке и стенах краска имеет дефекты в виде трещин, местами осыпается, в палате № 8 в местах стыков стен и потолков краска имеет дефекты в виде трещин, у раковины краска шелушится, осыпается. Устранение текущих дефектов отделки не проводится незамедлительно.

Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели не гладкая и выполнена из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, а именно: на момент проверки 14.09.2020г. в «отделении общего типа» на посту № 1 используется письменный стол с дефектами покрытия на столешнице в коридоре при входе в здание дома – интернат для престарелых, посту № 1 «отделении общего типа», посту № 2 в строении № 4 «отделении Милосердия»: имеются диванчики с деформированной обивкой, виден поролон, в местах крепления декоративных пуговиц, в «отделении общего типа в процедурном кабинете используется тумбочка с дефектами покрытия, во врачебном кабинете используется кушетка с дефектами обивки. Качественное проведение дезинфекции не возможно.

Дом престарелых подключен к системе централизованного горячего и холодного водоснабжения. Дополнительно имеются водонагреватели на случай аварийного отключения горячего водоснабжения. В доме интернате на каждом этаже и в каждом здании – имеются санитарные узлы. Система канализации централизованная. Санитарные узлы, на момент проверки 14.09.2020г. - обеспечен полотенцами для рук, мылом для мытья рук, туалетная бумага у каждого пациента индивидуальная.

Все помещения, оборудование, медицинский и другой инвентарь содержатся в чистоте. Влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) осуществляется 2 раза в сутки, с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в установленном порядке. Имеются графики уборок. Проветривание помещений дома – интерната организовано с кратностью не реже 1 раза в 2 часа, ведётся журнал учёта проветривания палат.

Профилактическую дезинфекцию проводят в соответствии с действующими методическими документами (инструкциям) на конкретное средство - инструкция № 24/12, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 7890, 7891 от 15.09.2020 г., выданными Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510230 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.), что соответствует требованиям п 2,1.4.1 СанПиН 2.1.3.2630-10; п.3.4 СП 3.5.1378-03.

Запас кожных антисептиков и дезинфицирующих средств достаточный, пополняется при необходимости. 14.09.20 г. на складе у старшей медицинской сестры дома престарелых было в наличии:

- кожные антисептики «Эдель»-15 литров, моющее средство «Делия – Септ»- 15 флаконов., «Део – хлор»- 48 банок по 300 таблеток. (Ведется журнал прихода / расхода моющих и дез. средств).

Хранение моющих и дезинфекционных средств осуществляется в таре изготовителя, снабженной этикеткой, в специально предназначенном помещении – комнате старшей медицинской сестры.

Для обработки различных объектов имеются отдельные емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств. Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств снабжены плотно прилегающими крышками, имеют четкие надписи или этикетки с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

Для обеззараживания воздуха имеются ультрафиолетовые излучатели – рециркуляторы в каждом помещении медицинского назначения – размещены на стенах, в коридорах – настенные и передвижные (передвижные, в том числе и для обеззараживания палат), в столовой и на пищеблоке – размещены на стенах, на каждый бактерицидный облучатель ведутся журналы учёта работы бактерицидных установок.

Уборочный инвентарь имеет четкую маркировку и цветовое кодирование с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ, хранится в специально выделенных закрывающихся шкафах.

Пищевая продукция, поступающая в дом – интернат – сопровождается сопроводительными документами (товарными накладными, ветеринарными декларациями и другими документами в зависимости от вида продукции) маркировка соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части её маркировки, а именно: имеется информация об изготовителе, дате выработки, предельном сроке годности, составе, промаркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. Молочная продукция расфасована в упаковку, обеспечивающую безопасность и сохранение потребительских свойств молока и молочной продукции (кефир). Просроченная продукция в доме – интернате на момент проверки 14.09.2020 – не была обнаружена.

Предоставлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – эпидемиологических требований и выполнения санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий ГАСУСОН СО "СЕРОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" утвержденная директором дома-интерната Сусловым А.С. 01.08.2019г. Лабораторные исследования в рамках производственного контроля проводятся на базе ИЛЦ Серовского филиала ФБУЗ ЦГиЭ. В 2020 году заключен договор № э/7 от 02.12.2019 года. В 2020 году исследовано 16 проб готовой продукции на микробиологические показатели, 6 проб овощей на паразитологические показатели, 9 проб дезинфицирующих средств, 6 проб воздуха закрытых помещений на ОМЧ и стафилококк, 9 смывов в помещениях медицинского назначения, смывов на паразитологические показатели – 60 шт, смывов на БГКП на пищеблоке – 15 шт.

Представлены следующие договора на проведение дератизационных и дезинсекционных работ в доме - интернате - договор № Д/250 от 22 января 2020 года в лице «ИСПОЛНИТЕЛЯ» Серовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (срок действия договора (договор заключен на 2020 год

Согласно договора и актов сдачи -приёмки выполненных работ, выданного Серовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» - в помещениях дома – интерната дезинсекционные и дератизационные работы проводятся, наличие насекомых и грызунов не допускается. Инженерно-технические мероприятия, исключающие возможность доступа грызунов в помещения организации предусмотрены в соответствии требований санитарных правил и норм, а именно используются устройства, обеспечивающие самостоятельное закрытие дверей, отсутствуют трещины в стенах, полу, межэтажные перекрытия, перегородки, стыки между ними и отверстия для прохождения инженерных коммуникаций и проводок непроницаемы для грызунов.

Во время расследования проведен отбор проб и лабораторные исследования:

- 2 пробы дезинфицирующих средств, протоколы лабораторных испытаний № 7890, 7891 от 15.09.2020 г., выданные Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510230 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г..

Корректировка программы производственного контроля в части плана мероприятий по предупреждению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в учреждении, в части исследования дез.средств не проводилась. Исследования дез.средств проводят 3 пробы в квартал.

6. Данные о последнем проведении плановых мероприятий по контролю за соблюдением санитарного законодательства на объекте:

период: с 01.03.2018 по 30.03.2018

Выявленные нарушения обязательных требований в ходе плановой проверки						
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	содержание нарушения	срок	результат контроля

1.		ст. 13 п. 4	ст.15 п.5 ФЗ №52	При хранении пищевой продукции не соблюдаются условия хранения, установленные изготовителем: на момент проверки 13.03.2018 года в 10-30 ч обнаружена, что при хранении в ГАСУ СОН СО "Серовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" пищевой продукции (сгущенное молоко) не соблюдаются условия их хранения, установленные заводом изготовителем, т.к. температура в складе составляла + 21 градус, при том как сгущенное молоко должно храниться при температуре от 0 до +10 градусов, как указано на этикетке.	14.05.2018	устранено 18.06.2018
2.	022/2011	ст. 4 ч.4.1. п.1	ФЗ №52	На маркировочных ярлыках всех овощей отсутствует следующие сведения: месяц изготовления данной продукции, в связи, с чем невозможно идентифицировать точную дату изготовления продукции и сроки хранения овощей.	14.05.2018	устранено 18.06.2018
3.	1.1.1058-01	1.5	Статья 11 ФЗ №52	Юридическое лицо ГАСУ СОН СО "Серовский ДИ для престарелых и инвалидов" в соответствии с осуществляемой деятельностью не выполняет требования санитарного законодательства посредством осуществления производственного контроля. На момент проверки 13.03.2018 г. производственный контроль посредством лабораторных испытаний (исследований) в помещениях, в которых осуществляется медицинская деятельность не проводится в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10, а именно: в медицинском кабинете ГАСУ СОН СО "Серовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" не организуют контроль за параметрами микроклимата и показателями микробной обсемененности воздушной среды с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев и загрязненностью химическими веществами воздушной среды, не реже 1 раз в год.	01.11.2018	устранено 19.12.2018
4.	2.1.2.3358-16	7.2.1.	ст.17 п.1 ФЗ №52	Посуда с суточными пробами блюд не маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора.	14.05.2018	устранено 18.06.2018
5.		8.1. 8.3	ст.22 п.1 ФЗ №52	Система санитарной очистки ГАСУ СОН СО "Серовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" не предусматривает рациональное удаления бытовых отходов с территории, а именно: на момент проверки 05.03.2018г. и 13.03.2018г. обнаружено, что размещение ТБО, а так же медицинских отходов класса А (находящихся в пакетах черного цвета) не убраны в мусоросборники контейнерной площадки ГАСУ СОН СО "Серовский ДИ для престарелых и инвалидов" (собранные отходы класса А и ТБО, находящиеся в черных пакетах стоят на бетонном основании площадки для сбора ТБО), а также все мусоросборники переполнены до верха и за контейнерной площадкой расположены автомобильные покрышки.	14.05.2018	устранено 18.06.2018
6.		8.20.	ст.29 п.1 ФЗ №52	Юридическим лицом ГАСУ СОН СО "Серовский дом-интернат для престарелых и инвалидов", т.к. объект имеет особое эпидемиологическое значение, не проводит систематические дератизационные мероприятия, а именно: работы по дератизации осуществляются с нарушением кратности, так в 2017г дератизация проводилась 10 раз, при регламентированных ежемесячных обработках	01.11.2018	устранено 19.12.2018
7.		8.24.	Статья 34 ФЗ №52	Работники ГАСУ СОН СО "Серовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно отсутствуют данные о вакцинации против кори у 7 сотрудников.	14.05.2018	устранено 18.06.2018
8.	2.1.3.2630-10	п.1,11.3.	ст.29 п.1 ФЗ №52	В ГАСУ СОН СО "Серовский дом интернат для престарелых и инвалидов" в процедурных кабинетах емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств не имеют четких надписей или этикеток с указанием средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, а именно наименование дезинфицирующего сред-	14.05.2018	устранено 18.06.2018

				ства, его концентрация, дата приготовления, предельный срок годности указаны в журнале для отметки разведения дезинфицирующих средств.		
9.	2.1.7.2790-10	3.3.	ст.22 п.1 ФЗ №52	На момент проверки 13.03.2018г. медицинские отходы класса Б упаковывают и помещают в контейнеры для сбора ТБО, расположенные на специализированной площадке на территории Дома-интерната, чем допускают смешение отходов различных классов в общей ёмкости.	14.05.2018	устранено 18.06.2018
10.		3.6. 3.7	ст.22 п.1 ФЗ №52	Схема сбора, хранения, удаления отходов в ГАСУ СОН СО "Серовский ДИ для престарелых и инвалидов" разработана не в соответствии требований санитарных правил, а именно на момент проверки 13.03.2018г. в представленной схеме не указаны: - количественный состав образующихся отходов, - нормативы образования медицинских отходов, разработанные и принятые в Свердловской области, - потребность в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8 часов), одноразовых контейнеров для острого инструментария - не реже 72 часов; - порядок сбора медицинских отходов; - порядок и места временного хранения (накопления) медицинских отходов, кратность их вывоза; - применяемые способы обеззараживания/обезвреживания и удаления медицинских отходов; - порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки (рассыпание, разливание медицинских отходов); - организация гигиенического обучения персонала правилам эпидемиологической безопасности при обращении с медицинскими отходами.	14.05.2018	устранено 18.06.2018
11.		3.8.	ст.22 п.1 ФЗ №52	В Доме-интернате медицинские отходы класса Б не подлежат перемещению на участок по обращению с отходами и/или помещению для временного хранения медицинских отходов класса Б, до последующего вывоза транспортом специализированной организации к месту обеззараживания/обезвреживанию (в ГАСУ СОН СО "Серовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" отсутствует договор на вывоз медицинских отходов класса Б со специализированной организацией к месту обеззараживания/обезвреживанию).	14.05.2018	устранено 18.06.2018
12.		4.13. 4.14	ст.22 п.1 ФЗ №52	После заполнения пакетов и твердых не прокалываемых ёмкостей с медицинскими отходами класса Б, в закрытых одноразовых емкостях и пакетах желтого цвета сотрудник, ответственный за сбор отходов окончательно не упаковывает отходы класса Б для удаления их из подразделения в соответствии с требованиями санитарных правил, а именно: при окончательной упаковке медицинских отходов класса Б для удаления их из организации ГАСУ СОН СО "Серовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" не маркируют надписью "Отходы. Класс "Б"" с нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.	14.05.2018	устранено 18.06.2018
13.	2.3.2.1078-01	2.1.	ст.15 п.2 ФЗ №52	Пищевые продукты не удовлетворяют физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии по показателю аскорбиновая кислота (Витамин С), а именно "Напиток из шиповника", изготовленный 13.03.2018г. в 9-00 ч. в ГАСУ СОН СО "Серовский дом-интернат для престарелых и инвалидов" не соответствует требованиям по "С" витаминизации" по показателю Аскорбиновая кислота (витамин С), результат лабораторных испытаний составил $5,2 \pm 1,0$ мг, при норме 64-96 мг (протокол лабораторных испытаний № 1358 от 16.03.2018 г.).	14.05.2018	устранено 18.06.2018
14.	2.3.2.1324-03	3.1.2.	ст.15 п.5 ФЗ №52	На маркировочных ярлыках всех овощей отсутствует следующие сведения: месяц изготовления	14.05.2018	устранено 18.06.2018

				данной продукции, в связи, с чем невозможно идентифицировать точную дату изготовления продукции и сроки хранения овощей.		
15.	2.3.6.1079-01	2.6.	ст.22 п.1 ФЗ №52	Не выделено место для мытья тары для пищевых отходов (ведра для пищевых отходов обрабатывают в ваннах, предназначенных для обработки сырых овощей).	01.11.2018	устранено 19.12.2018
16.		3.6. 3.8	ст.22 п.1 ФЗ №52	Моечные ванны, предназначенные для мытья кухонной и столовой посуды, не присоединены к канализационной сети с воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приемной воронки.	01.11.2018	устранено 19.12.2018
17.		3.13.	ст.22 п.1 ФЗ №52	Моечные помещения, предназначенных для мытья кухонной и столовой посуды не оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним.	01.11.2018	устранено 19.12.2018
18.		4.11. 5.11	ст.24 п.1 ФЗ №52	Помещения пищеблока не содержат в чистоте, и ежедневно не проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: на момент проверки в цехе, предназначенном для обработки сырой продукции обнаружены на отопительных приборах следы жира, под столешницами столов, используемых для разделки сырой продукции обнаружена грязь (накопления жировые), жвачка.	14.05.2018	устранено 18.06.2018
19.		6.1.	ст.17 п.1 ФЗ №52	Пищеблок не обеспечивается достаточным количеством необходимого оборудования и предметами материально-технического оснащения: в складском помещении используют одни электронные весы для взвешивания сырой продукции (мясо, рыба, кура), сыпучих продуктов (макарон, круп и т.д.) и кисломолочных продуктов (масло сливочное, сыр); также на момент проверки обнаружено, что для определения температурного режима воды для мытья кухонной посуды отсутствует термометр.	14.05.2018	устранено 18.06.2018
20.		6.4.	ст.17 п.1 ФЗ №52	Санитарная обработка технологического оборудования проводится не по мере его загрязнения: на момент проверки в цехе предназначенном для обработки сырой продукции обнаружены под столешницами столов, используемых для разделки сырой продукции обнаружена грязь (накопления жировые), жвачка.	14.05.2018	устранено 18.06.2018
21.		6.6.	ст.17 п.1 ФЗ №52	После каждой технологической операции разделочный инвентарь (ножи) не подвергаются санитарной обработке (механическая очистка, мытью горячей водой с моющими средствами): на момент проверки в разделочных ножах "Кура сырая" обнаружены жировые накопления	14.05.2018	устранено 18.06.2018
22.		6.11. 6.14	ст.17 п.1 ФЗ №52	Мытье столовой посуды (ложки) осуществляют не в двухсекционных ваннах: на момент проверки обнаружено, что столовые приборы (ложки) моют в моечных ваннах предназначенных для кухонной посуды.	14.05.2018	устранено 18.06.2018
23.	3.1/3.2.3146-13	7.1	ст.34 п.1 ФЗ №52	В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники при выполнении своих трудовых обязанностей не прошли периодические профилактические медицинские осмотры, а именно на момент проверки 13.03.2018 отсутствуют данные обследования на стафилококк у шеф - повара Соколовой Людмилы Петровны, при регламентированной кратности при поступлении на работу.	14.05.2018	устранено 18.06.2018

7. Контингенты, вовлеченные в эпидемический процесс (выявление контингентов риска по определенным муниципальным образованиям, образовательным учреждениям, лечебно-профилактическим организациям):

– социальная структура	учреждение социального обслуживания (дом интернат для престарелых и инвалидов)
– возрастная структура	Лица старше 18 лет (пенсионеры и инвалиды)
– половая структура	М +Ж

8. Эпидемиологическая ситуация на территории (населенный пункт, субъект Российской Федерации) по предполагаемой нозологии (или группе нозологий) в предшествующий период и по среднемноголетним данным в наблюдаемый период времени

**Анализ заболеваемости за 08.09.2020-26.09.2020 (дата регистрации)1**

**ЛПУ Серовский ГО**

**подтвержденный DS COVID-19 (группа)**

контингент	08.09.2020-16.09.2020		30.08.2020-07.09.2020		рост сниже- ние	08.09.2019-16.09.2019		рост сниже- ние	08.09-16.09 СМУ		оценка со- стояния
	забол.	показ.	забол.	показ.		за- бол.	показ.		забол.	показ.	
ВСЕ ЖИТЕЛИ	33	31,49	41	39,13	-1,24	0	0,00	31,49	0	0,00	кр.не- благ.
Взрослые с 18 лет	33	38,85	36	42,38	-1,09	0	0,00	38,85	0	0,00	кр.не- благ.

9. Результаты проведенных лабораторных исследований в ходе эпидемиологического расследования по установлению причинно-следственной связи по формированию очага инфекционных и паразитарных болезней (в таблице с указанием наименования, перечня и числа отобранных материалов, числа нестандартных проб со ссылкой на регламентирующие документы)

№ п/п	наименование материала	число ото- бранных проб (число обследован- ных лиц)	из них нестан- дартных	обнаружен возбудитель (условно-патогенная флора, другое несоответствие нормативам)	регламентирующий документ
1	Дезинфицирующее средство	2	0		

10. Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекте (территории), выявленные в ходе эпидемиологического расследования и способствующие формированию эпидемического очага (перечислить нарушения и регламентирующие документы)

**Выявленные нарушения обязательных требований в ходе эпидемиологического расследования**

№ п/п	№ норматив- ного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание нарушения
1.	1.1.1058-01	2.6. 3.1	ст.32 п.1	При рассмотрении программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий ГАСУ СОН СО «Серовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее ППК), представленной при проведении проверки 09.09.2020г., установлено: в ППК не внесены необходимые изменения, дополнения при существенных изменениях деятельности юридического лица в условиях пандемии COVID-19, влияющих на санитарно-эпидемиологическую обстановку и (либо) создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, в представленной программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, содержится неполный перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания, в соответствии с осуществляемой деятельностью, например, не указаны действующие НД: СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19).
2.	2.1.3.2630-10	р.1,4.2. р.1,11. 14	ст.24 п.1 ст.24 п.2	Поверхность стен, полов и потолков помещений не гладкая, с дефектами, не допускает влажную уборку и не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, а именно на момент проверки 14.09.2020 г., в "отделении общего типа" на посту № 1 краска на потолке - имеет дефекты в виде трещин, краска на одной из стен краской местами шелушится и отслоилась. В Коридоре у поста и медицинского кабинета на стенах и потолке местами краска потрескалась и отслоилась. В палатах № 5 и 15 в местах стыков стен и потолков краска имеет дефекты в виде трещин. В "отделении Милосердия": в палате № 6 на стенах и в местах стыков стен и потолков краска имеет дефекты в виде трещин, в палате № 7 на потолке и стенах краска имеет дефекты в виде трещин, местами осыпается, в палате № 8 в местах стыков стен и потолков краска имеет дефекты в виде трещин, у раковины краска шелушится, осыпается. Устранение текущих дефектов отделки не проводится незамедлительно,

3.		п.1,8.8.	ст.24 п.1 ст.24 п.2	Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели не гладкая и выполнена из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, а именно: на момент проверки 14.09.2020г. в "отделении общего типа" на посту № 1 используется письменный стол с дефектами покрытия на столешнице; в коридоре при входе в здание дома - интернат для престарелых, посту № 1 "отделении общего типа" , посту № 2 в строении № 4 "отделении Милосердия"; имеются диванчики с деформированной обивкой, виден поролон, в местах крепления декоративных пуговиц, в "отделении общего типа в процедурном кабинете используется тумбочка с дефектами покрытия, во врачебном кабинете используется кушетка с дефектами обивки. Качественное проведение дезинфекции невозможно,
----	--	----------	------------------------	--

11. Принятые меры по выявленным нарушениям санитарного законодательства:

вид меры	на кого (ЮЛ/ИП/ДЛ/гражданин, ФИО)	дата протокола	дата и № постановления (определения и др.)
извещение	ЮЛ, протокол ст.6.3 ч.1 ЮЛ протокол ст.6.4	21.09.2020	

Прилагаемые документы <sup>1</sup>

Приказ о проведении эпидемиологического расследования №01-13-04/1252 от 08.09.2020, предписание о проведении экспертизы 366-13-04/1252 от 08.09.2020

протоколы лабораторных испытаний № 7890, 7891 от 15.09.2020 г., выданными Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском, Верхотурском районах АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510230 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.12.2015г.)

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами эпидемиологического расследования

Подписи лиц, проводивших эпидемиологическое расследование:

главный специалист-эксперт Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском  
и Верхотурском районах  
ведущий специалист-эксперт Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в городе Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском  
и Верхотурском районах



Вавилина Елена Юрьевна



Шишкова Мария Сергеевна

должность

подпись

ФИО

С актом эпидемиологического расследования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ДИРЕКТОР СУСЛОВ АНАТОЛИЙ СЕМЁНОВИЧ

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

21.09 2020



подпись

Отметка об отказе ознакомления с актом эпидемиологического расследования:

Отметка о направлении акта эпидемиологического расследования в прокуратуру:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших эпидемиологическое расследование

Дата, номер сопроводительного письма

<sup>1</sup> - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку